



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАОУЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул.Мяснікова,39, 220030, г.Мінск
тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : mzrb@belcmt.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ « ААБ «Беларусбанк». БИК: АКВВ ВУ 2Х

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул.Мясникова,39, 220030, г.Минск
тел. 222 65 47, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : mzrb@belcmt.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ОАО « АСБ «Беларусбанк». БИК: АКВВ ВУ 2Х

13.04.2023 № 15-23/7777

На № _____

Главные управления по
здравоохранению облисполкомов

Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома

Организации здравоохранения,
подчиненные Министерству
здравоохранения

О разъяснении

В соответствии с отмеченными Генеральной прокуратурой проблемными вопросам использования медицинского оборудования с истекшим сроком эксплуатации Министерство здравоохранения разъясняет применение норм законодательства в целях продления сроков эксплуатации медицинского оборудования.

Порядок установления нормативных сроков службы, сроков полезного использования оборудования, в том числе медицинского, установлен постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.02.2009 N 37/18/6 (ред. от 25.11.2022) «Об утверждении Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов» (далее – постановление № 37/18/6).

Нормативный срок службы определяется организацией здравоохранения в соответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 161 «Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь» в зависимости от вида оборудования.

Пересмотр нормативных сроков службы и (или) сроков полезного использования оборудования, в том числе исходя из установленных базовых режимов работы, в организации здравоохранения осуществляет Комиссия по

проведению амортизационной политики (далее – Комиссия), которая создается в организации из числа имеющихся в штате специалистов технических, производственно-технологических, информационно-технологических, финансово-экономических и юридических подразделений.


Изменение сроков службы оборудования Комиссией производится в зависимости от общих признаков работ и критериев изменения характеристик объектов в результате их проведения согласно приложению 5 к постановлению № 37/18/6. В частности, срок полезного использования медицинского оборудования может быть пересмотрен в результате проведения технического диагностирования и освидетельствования - совокупности работ по определению технического состояния и функциональных возможностей объекта с соответствующим документальным освидетельствованием.

Комиссия согласно перечню медицинской техники, находящейся на балансе организации, определяет ежегодно перечень оборудования, на который истек нормативный срок службы. Для принятия решения о продлении срока службы комиссия рассматривает заключения сервисной службы о состоянии медицинской техники и акты выполненных работ по контролю технического состояния. Решение комиссии о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации оборудования оформляется приказом руководителя организации здравоохранения.

Отчетная техническая документация по контролю технического состояния медицинского оборудования с заключением о возможности и условиях продления срока службы прикладывается к паспорту медицинской техники и является его неотъемлемой частью.

Поручаем довести указанный порядок до сведения подчиненных организаций здравоохранения для использования в работе.

Заместитель Министра - Главный
государственный санитарный врач
Республики Беларусь



А.А.Тарасенко