



МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск  
тэл. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27  
сайт: www.minzdrav.gov.by  
e-mail: mzrb@belcmt.by  
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by  
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
УНП 100049892

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск  
тел. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27  
сайт: www.minzdrav.gov.by  
e-mail: mzrb@belcmt.by  
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by  
р/с: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
УНП 100049892

02 АВГ 2021

№ 1-4-22/6654

На № \_\_\_\_\_

Государственный таможенный  
комитет Республики Беларусь

Организации здравоохранения  
республиканского подчинения

Комитет по здравоохранению  
Минского городского  
исполнительного комитета

Управления здравоохранения  
областных исполнительных  
комитетов

УП «Белмедтехника»

УП «Белфармация»

О приостановлении действия  
регистрационного удостоверения  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
№ ИМ-7.109173 от 22.12.2020

Министерством здравоохранения Республики Беларусь на основании абзаца 5 пункта 26 Положения о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.09.2008 № 1269 (далее – Положение), приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.07.2021 № 927, рекомендаций комиссии по изделиям медицинского назначения и медицинской технике (протокол № 10 от 22.07.2021), принято решение о приостановлении с 09.08.2021 действия регистрационного удостоверения № ИМ-7.109173 от 22.12.2020, выданного на тест-систему, полоски для выявления инфекционных

заболеваний: SARS-CoV-2 Antibody Test Strip (Colloidal Gold Method) / Тест-полоска на антитела к SARS-COV-2 (Метод коллоидного золота), производства Changsha Sinocare Inc., Китай.

Указанное выше решение принято в связи с тем, что заявителем было представлено регистрационное досье, содержащее недостоверные сведения, которые не были и не могли быть установлены при государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 27 Положения на время приостановления действия регистрационного удостоверения № ИМ-7.109173 от 22.12.2020 не допускается ввоз, реализация и медицинское применение следующей медицинской продукции, производства Changsha Sinocare Inc., Китай:

тест-система, полоски для выявления инфекционных заболеваний: SARS-CoV-2 Antibody Test Strip (Colloidal Gold Method) / Тест-полоска на антитела к SARS-COV-2 (Метод коллоидного золота).

Данное распоряжение довести до сведения всех заинтересованных.

Заместитель Министра

Б.Н. Андросюк

